

050010, Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., Достық көш. 53, оф. 4  
тел.: + 7 (727) 354 65 78,  
факс: + (727) 293 02 44  
моб + 7 701 387 19 82  
БИН: 120 740 018 349  
РНН: 600 900 657 154  
Филиал АО «АТФ Банк» г. Алматы  
P/c: KZ29826A1KZTD2017788;



050010 Республика Казахстан  
г. Алматы, Достық 53, 1 эт, оф 4  
тел.: (727) 354 65 78,  
факс.: + 7 (727) 293 02 44  
моб. + 7 701 387 19 82  
БИН: 120 740 018 349  
РНН: 600 900 657 154  
Филиал АО «АТФ Банк» г. Алматы  
P/c:KZ29826A1KZTD2017788

Исх.: №318/ от 27 июля 2017г

Директору  
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»  
г. Челябинск, ул. Комсомольский пр., д. 60Б.  
А.В. Жесткову

**Отзыв  
о результатах работы кориолисовых расходомеров  
ЭЛМЕТРО-ФЛОМАК**

Нашей компанией в августе 2015 года, был приобретен Массовый кориолисовый расходомер серии Элметро-Фломак-Ex-S080 на трубопровод Ду80 - для установки измерения учета расхода налива нефтепродуктов.

При установке и монтаже, а также подключении и ввода в эксплуатацию расходомера не возникло никаких технических проблем. Нами была проведена (тестовая) работа по заправке 40 тонн в автовоз, с целью определения точности измерения плотности, температуры и массового расхода с классом точности 0,15%.

В ходе проведенных показательных измерений в автовозы по транспортировке и доставке нефтепродуктов, как показали полученные результаты (учета данных) по массовому расходу, плотности и температуры - все полученные показания соответствовали установленным техническим параметрам настройки Массового расходомера и также согласно нашим расчетам и расходам с РВС и дальнейшей сверкой наших лабораторных технических данных на нефтепродукты (по плотности и температуры).

На сегодняшний день установка Массового расходомера позволила нам качественно, с необходимой точностью измерений вести учет нефтепродуктов.

Прибор подтвердил свои заявленные метрологические характеристики. В связи с надежной работой данного расходомера эксплуатационные затраты на техническое обслуживание отсутствовали. На сегодняшний день 27 июля 2017 года, Массовый расходомер работает в рабочем режиме и не имеет никаких замечаний.

Рекомендуем производителям эксплуатировать на своих объектах данный тип Массового расходомера от производителя.

Директор  
ООО «Level & Flow»



Златьев В.Ф

Исполнитель: Баяхметова Жансая  
тел.: 7 (727) 354 65 78