



Закрытое акционерное общество
«ТРАНС-СИГНАЛ»

603950, г. Н. Новгород, ГСП-704, ул. Торфяная, 30
для посылок: 603139, г. Н.Новгород, ул. Торфяная, 30
для тлг: Н. Новгород - 3, «СИГНАЛ»
тел: (831) 223-98-01, факс: (831) 222-65-68
e-mail: ts-nn@sinn.ru

<http://www.trans-signal.nnov.ru>
р/сч 40702810107700000195, БИК 042227770,
к/сч 30101810700000000770 в Сормовском филиале
ЗАО «Нижегородпромстройбанк» г. Н. Новгорода
ИНН 5263024642, КПП 526301001, ОГРН 1025204413299

Исх. № 187 «10» марта 2009 г.
На исх. № 275-08 от «24» ноября 2008 г.

[О регистраторе]

Коммерческому директору
ООО «ЭЛМЕТРО-ИНЖИНИРИНГ»
Кондрикову М.Ю.

454106, г. Челябинск, ул. Неглинная, 21
Тел./факс: (351) 793-80-28, 742-68-84

В период с 02.12.09 по 06.03.09 на нашем предприятии был испытан видеографический регистратор «ЭЛМЕТРО-ВиЭР-4-8».

Регистратор испытывался в составе парового стерилизатора «СПГА-100-1-НН» в качестве независимого средства измерения и архиватора результатов измерения параметров стерилизации.

Основные задачи, выполняемые регистратором:

- сбор данных о температуре и давлении в камере стерилизатора;
- архивирование данных;
- передача данных на компьютер, их обработка и распечатка.

В ходе работы регистратор ЭЛМЕТРО показал себя как надежное, современное, многофункциональное устройство. Были отмечены основные преимущества перед аналогичными регистраторами:

- удобный интерфейс и удобство конфигурирования;
- удобная обработка архива, как на самом регистраторе, так и на компьютере;
- широкие возможности обработки входных сигналов;
- надёжность работы при температуре до +49°C;
- высокая помехоустойчивость.

По окончании сертификационных испытаний стерилизаторов «СПГА-100-1-НН» нами было принято решение об использовании регистраторов «ЭЛМЕТРО-ВиЭР-4-8» в составе паровых стерилизаторов «СПГА-100-1-НН» и «СПВА-75-1-НН».

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Директор



Д.М. Евдокимов

Исп.: Макаров Э.Ю.
Тел. (831) 223-98-38