



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.004.A № 44362

Срок действия до 11 ноября 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Калибраторы давления портативные ЭЛМЕТРО-Паскаль-02

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 48184-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
3131.000 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ для каналов измерений электрических сигналов, а также для канала измерений давления с кодом "Д" - 2 года;
для каналов измерений давления с кодом "Б" и "В" - 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2011 г. № 6305

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

№ 25 11 2011 г.

Серия СИ

№ 002378

Срок действия до 06 октября 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 октября 2016 г. № 1443

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2016 г.